

Код ОКДП2 32.50.30.110

Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002401

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кровать общебольничная механическая КМ-01

№	Описание требований	Наличие функции или величины параметра по техническому заданию
1. Общие требования		
1.1.	Декларация о соответствии	Наличие
1.2.	Сертификат соответствия	Наличие
1.3.	Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента ввода в эксплуатацию	12 месяцев
1.4	Регистрационное удостоверение	Наличие
1.5	Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
1.6	Страна производства	РФ
2. Технические характеристики		Медицинская кровать с механической регулировкой секции. Предназначена для ухода, диагностики, лечения и наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях. Двухсекционное ложе с механической регулировкой головной секций
2.1	Грузоподъемность	150 кг.
2.2	Привод	Механический
2.3	Тип (количество секций)	Двухсекционная
2.4	Длина	2055 мм
2.5	Ширина	905 мм
2.6	Высота по спинке	840 мм
2.7	Материал конструкции	Стальной профиль с полимерно-порошковым покрытием (поверхность кровати устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания). Размер П-образного профиля каркаса 25x50x2мм. 2 продольные планки
2.9	Форма спинок	П-образная из металлических труб : большая труба 30x2мм., маленькая 16x1,2мм.
2.10	Материал ложа	Комбинированное
2.11	Размер ложа	2000x900 мм
2.12	Головная секция	Рейка из металлического профиля с полимерно-порошковым покрытием, ширина рейки 70±5 мм
2.13	Спинная секция	Сварная сетка 50x50мм.
2.14	Размер головной регулируемой секции	720x820 мм

2.15	Диапазон углов наклона головной секции	0-50°
2.16	Механизм регулировки угла наклона головной секции	Растомат
2.17	Полиэтиленовые подпятники (заглушки)	Наличие
2.18	Номинальная нагрузка	150 кг. Допустимая статическая нагрузка на кровать – до 240 кг
2.19	Общий вес	30 кг +/- 10%



Возможные варианты трансформации

